

治験薬の温度管理記録

2025年 11月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	:							
4	8:31	19.2	18.7	19.8	4.7	4.5	4.8	S.U
5	10:49	19.5	19.1	21.1	4.4	4.3	4.7	S.U
6	10:13	18.8	18.8	19.7	4.4	4.3	4.6	S.U
7	8:42	18.2	17.9	19.8	4.3	4.3	4.6	S.U
8	:							
9	:							
10	9:06	19.2	18.1	19.8	4.5	4.3	4.6	J.W
11	8:27	18.6	18.6	20.9	4.4	4.3	4.7	J.W
12	8:45	18.7	18.6	20.0	4.4	4.3	4.6	J.W
13	8:27	18.4	18.2	20.1	4.7	4.4	4.8	J.W
14	9:06	18.8	18.4	19.6	4.7	4.5	4.8	J.W
15	:							
16	:							
17	9:58	18.9	18.6	21.1	4.9	4.7	4.9	S.A
18	8:27	19.0	18.7	20.0	4.7	4.6	5.1	S.A
19	8:29	19.7	18.9	20.9	4.7	4.6	4.9	S.A
20	14:03	18.5	18.2	23.3	4.7	4.6	5.1	J.I
21	8:11	18.8	18.5	19.6	4.6	4.6	4.8	S.A
22	:							
23	:							
24	:							
25	8:33	19.0	18.1	19.7	4.7	4.6	5.0	Y.A
26	8:10	18.9	18.4	19.7	4.3	4.2	4.8	Y.A
27	8:34	18.8	18.3	19.8	4.3	4.2	4.5	Y.A
28	11:25	19.6	18.7	19.7	4.4	4.2	4.5	Y.A
29	:							
30	:							
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボルトタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2025年 12月 1日

署名: 金子 信治