

治験薬の温度管理記録

2025 年 8 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8 : 29	17.8	17.5	19.6	4.4	4.2	4.6	T. I
2	:							
3	:							
4	8:06	19.7	17.8	20.5	4.4	4.2	4.6	S. A
5	8:30	18.5	18.1	20.8	4.5	4.2	4.7	S. A
6	9:45	19.5	18.5	21.6	4.3	4.2	4.6	S. A
7	8:56	19.0	18.6	20.7	4.4	4.2	4.7	S. A
8	8:35	17.6	17.4	20.4	4.4	4.3	5.0	S. A
9	:							
10	:							
11	:							
12	8 : 40	17.8	17.0	19.3	4.4	4.2	4.8	Y. A
13	9 : 10	18.5	17.8	19.7	4.6	4.3	4.6	Y. A
14	8 : 45	18.0	17.7	20.1	4.5	4.4	4.6	Y. A
15	8 : 37	19.9	18.0	20.3	4.4	4.2	4.6	Y. A
16	:							
17	:							
18	8 : 29	19.7	19.4	20.5	4.5	4.3	4.7	A. S
19	8 : 03	19.1	18.9	20.9	4.5	4.3	4.6	A. S
20	13 : 33	19.9	19.1	20.8	4.4	4.4	4.9	A. S
21	8 : 44	19.8	19.6	21.1	4.5	4.3	4.6	A. S
22	9 : 03	19.8	19.4	20.4	4.5	4.3	4.8	A. S
23	:							
24	:							
25	8 : 10	20.6	19.8	21.2	4.5	4.3	4.6	Y. M
26	8 : 25	19.9	19.7	21.3	4.5	4.2	4.6	Y. M
27	8 : 25	19.8	19.5	20.9	4.4	4.3	4.6	Y. M
28	8 : 25	19.5	19.3	20.5	4.4	4.2	4.6	Y. M
29	8 : 28	19.5	19.2	20.4	4.4	4.2	4.7	Y. M
30	:							
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2025年 9 月 1 日

署 名: 金子 信治