

治験薬の温度管理記録

2025 年 9 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:34	19.5	19.3	20.6	4.5	4.2	4.6	M.N
2	8:26	19.5	19.4	21.1	4.5	4.2	4.6	M.N
3	8:28	19.5	19.3	20.7	4.5	4.2	4.7	M.N
4	8:31	19.8	19.4	20.7	4.4	4.2	4.7	M.N
5	8:28	19.8	19.4	20.4	4.5	4.3	4.6	M.N
6	:							
7	:							
8	8:13	19.4	19.2	20.0	4.6	4.4	4.6	S.U
9	8:30	19.5	19.3	20.5	4.6	4.3	4.7	S.U
10	8:13	19.5	19.3	21.1	4.5	4.3	4.7	S.U
11	8:30	19.9	19.4	21.6	4.3	4.2	4.6	Y.M
12	8:32	19.6	19.5	20.2	4.4	4.2	4.7	S.U
13	:							
14	:							
15	:							
16	9:47	19.9	19.1	20.3	4.6	4.4	5.0	J.W
17	8:36	19.5	19.3	20.6	4.7	4.5	4.9	J.W
18	8:24	19.4	19.3	20.8	4.7	4.6	5.1	J.W
19	16:00	19.5	19.1	20.4	4.4	4.3	2.0	J.W
20	:							
21	:							
22	9:42	19.4	18.8	19.7	4.4	4.2	4.6	S.A
23	:							
24	8:10	19.7	18.7	19.8	4.4	4.3	4.6	S.A
25	8:08	19.1	18.7	20.5	4.5	4.3	4.6	S.A
26	8:38	19.7	19.1	20.1	4.6	4.4	4.9	S.A
27	:							
28	:							
29	9:06	19.6	19.1	20.0	4.6	4.4	4.9	T.I
30	8:30	19.3	19.0	19.9	4.6	4.5	4.8	J.W
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2025 年 9 月 30 日

署 名: 金子 信治