

治験薬の温度管理記録

2025年10月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:42	19.5	19.2	19.9	4.6	4.5	4.8	T.I
2	8:30	19.3	19.1	19.7	4.3	4.3	4.7	T.I
3	11:41	19.4	18.8	19.8	4.5	4.3	4.7	T.I
4	:							
5	:							
6	8:25	19.2	19.1	19.6	4.5	4.4	4.7	Y.A
7	9:04	19.4	19.2	19.7	4.6	4.4	4.8	Y.A
8	8:27	19.7	19.3	20.5	4.5	4.4	4.7	Y.A
9	8:35	19.7	19.4	20.0	4.4	4.3	4.9	Y.A
10	8:33	18.9	18.5	19.9	4.5	4.4	4.7	Y.A
11	:							
12	:							
13	:							
14	7:53	19.9	18.9	20.2	4.5	4.4	4.8	A.S
15	7:52	19.8	19.6	20.6	4.5	4.4	4.9	A.S
16	8:43	19.7	19.3	20.0	4.5	4.4	4.7	A.S
17	8:34	19.7	19.4	19.9	4.6	4.4	4.7	A.S
18	:							
19	:							
20	8:10	19.4	19.3	19.8	4.6	4.5	4.7	Y.M
21	8:25	18.5	18.3	19.9	4.7	4.5	4.9	Y.M
22	8:35	19.3	18.4	19.7	4.8	4.6	4.9	Y.M
23	8:33	19.6	19.1	20.0	4.6	4.5	5.0	Y.M
24	8:34	18.8	18.7	20.2	4.3	4.2	4.8	Y.M
25	:							
26	:							
27	8:33	19.6	18.7	20.1	4.3	4.2	4.5	Y.M
28	8:41	19.4	19.1	19.8	4.4	4.2	4.6	M.N
29	8:34	18.5	18.4	20.3	4.7	4.4	4.9	M.N
30	8:26	19.4	18.5	22.7	4.6	4.5	4.9	M.N
31	10:10	19.5	18.9	19.9	4.7	4.5	4.8	A.S
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボルトタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2025年11月10日

署名: 金子信治