

治験薬の温度管理記録

202 6 年 / 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	:							
4	:							
5	14:03	20.3	20.0	20.4	4.5	4.4	5.0	S.U
6	12:35	20.2	20.1	20.4	4.4	4.1	4.6	S.U
7	13:58	20.2	20.1	20.4	4.4	4.3	4.6	S.U
8	13:56	20.2	20.1	20.4	4.5	4.2	4.6	S.U
9	13:57	20.3	20.1	20.4	4.4	4.3	4.6	S.U
10	:							
11	:							
12	:							
13	8:33	20.3	20.2	20.4	4.5	4.4	4.6	J.W
14	8:25	20.2	20.2	20.4	4.5	4.4	4.7	J.W
15	9:25	20.3	20.1	20.3	4.4	4.3	4.6	J.W
16	8:30	20.0	19.9	20.3	4.5	4.4	4.7	J.W
17	:							
18	:							
19	12:04	19.9	19.5	20.3	4.7	4.2	4.8	S.A
20	8:13	20.1	19.6	20.3	4.5	4.4	4.8	S.A
21	8:46	20.2	20.1	20.3	4.4	4.3	4.6	S.A
22	8:36	20.2	20.0	20.3	4.6	4.4	4.7	S.A
23	8:09	20.1	19.9	20.3	4.5	4.4	4.7	S.A
24	:							
25	:							
26	8:29	20.2	20.0	20.3	4.5	4.4	4.7	T.I
27	12:45	20.1	20.0	20.2	4.6	4.5	4.8	T.I
28	8:30	20.2	20.0	20.3	4.7	4.6	4.8	T.I
29	16:08	20.0	19.9	20.3	4.7	4.6	4.9	J.W
30	8:28	20.1	19.9	20.2	4.5	4.5	4.8	T.I
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2026 年 / 月 30 日

署 名: 金子信治