

治験薬の温度管理記録

2026年2月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	8:31	20.1	19.9	20.2	4.5	4.4	4.7	Y.A
3	14:05	20.1	19.9	20.2	4.4	4.3	4.9	Y.A
4	8:32	20.0	19.9	20.3	4.3	4.2	4.5	T.I
5	15:55	20.1	19.9	20.2	4.4	4.2	4.6	Y.A
6	11:50	20.1	19.9	20.2	4.4	4.3	4.7	Y.A
7	:							
8	:							
9	9:50	20.0	20.0	20.3	4.4	4.1	4.5	A.S
10	14:02	20.0	19.9	20.2	4.4	4.2	4.6	A.S
11	:							
12	14:35	20.1	19.9	20.2	4.3	4.2	4.8	A.S
13	8:57	20.1	20.0	20.3	4.4	4.2	4.5	A.S
14	:							
15	:							
16	8:30	20.1	19.9	20.3	4.5	4.3	4.6	Y.M
17	8:28	20.0	19.9	20.2	4.5	4.4	4.4	Y.M
18	8:30	20.1	19.9	20.2	4.6	4.4	4.9	Y.M
19	7:58	20.1	19.9	20.2	4.7	4.5	4.8	Y.M
20	8:26	20.0	19.9	20.2	4.5	4.4	4.8	Y.M
21	:							
22	:							
23	:							
24	8:35	20.0	19.8	20.2	4.4	4.3	4.6	M.N
25	8:27	19.9	19.8	20.1	4.2	4.1	4.6	M.N
26	8:36	19.9	19.8	20.1	4.3	4.2	4.4	M.N
27	8:34	20.0	19.8	20.1	4.3	4.2	4.5	M.N
28	:							
29	:							
30	:							
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」
 品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」
 機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」
 シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」
 シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2026年 3月 2日

署名: 金子信治