

治験薬の温度管理記録

2026年3月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①恒温槽(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	13:49	19.9	19.8	20.1	4.4	4.2	4.7	S.U
3	16:09	20.0	19.8	20.1	4.2	4.1	4.5	S.U
4	13:00	20.2	19.9	20.3	4.2	4.1	4.4	S.U
5	8:25	20.0	19.9	20.3	4.2	4.1	4.4	J.W
6	8:45	20.1	19.9	20.2	4.2	4.2	4.5	J.W
7	:							
8	:							
9	8:30	20.0	19.9	20.2	4.3	4.2	4.5	T.I
10	9:11	20.0	19.9	20.2	4.3	4.2	4.6	J.W
11	8:47	20.0	19.9	20.1	4.2	4.1	4.5	J.W
12	8:30	20.0	19.9	20.2	4.2	4.1	4.4	J.W
13	8:34	20.0	19.9	20.2	4.1	4.1	4.4	J.W
14	:							
15	:							
16	10:08	20.0	19.6	20.3	4.4	4.2	4.6	S.A
17	8:37	20.1	20.0	20.2	4.2	4.2	4.5	S.A
18	8:36	20.1	20.0	20.2	4.3	4.2	4.8	S.A
19	8:28	20.1	20.0	20.2	4.5	4.2	4.6	T.I
20	:							
21	:							
22	:							
23	10:16	20.1	19.9	20.2	4.4	4.1	4.5	J.W
24	8:31	20.1	19.9	20.2	4.3	4.3	4.5	T.I
25	8:31	20.3	20.0	20.3	4.3	4.2	4.6	T.I
26	8:35	20.1	20.0	20.3	4.4	4.2	4.5	T.I
27	10:00	20.1	20.0	20.3	4.2	4.1	4.4	Y.A
28	:							
29	:							
30	8:29	20.1	20.0	20.3	4.2	4.1	4.3	Y.A
31	9:03	20.0	20.0	20.2	4.5	4.1	4.5	Y.A
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①恒温槽

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2026年 4月 1 日

署名: 山本 弓子