

治験薬の温度管理記録

202 6年 4 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①恒温槽(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	10:22	20.1	19.9	20.2	4.3	4.1	4.7	Y.A
2	8:40	20.1	19.9	20.2	4.2	4.2	4.4	Y.A
3	:							
4	:							
5	:							
6	:							
7	:							
8	:							
9	:							
10	:							
11	:							
12	:							
13	:							
14	:							
15	:							
16	:							
17	:							
18	:							
19	:							
20	:							
21	:							
22	:							
23	:							
24	:							
25	:							
26	:							
27	:							
28	:							
29	:							
30	:							
31	:							
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①恒温槽

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

確認日: 2026年 4月 30日

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

署名: 山本 弓子

治験薬の温度管理記録

2026年4月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①恒温槽(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	9:40	20.7	20.6	21.0	4.6	4.5	4.8	J.W
4	:							
5	:							
6	8:28	20.7	20.5	20.9	4.7	4.6	4.9	Y.M
7	8:29	20.6	20.5	20.8	4.6	4.6	5.5	Y.M
8	8:34	20.6	20.5	20.8	4.6	4.5	4.8	Y.M
9	8:41	20.7	20.6	20.8	4.7	4.6	5.1	Y.M
10	8:28	20.5	20.6	20.8	4.7	4.5	4.8	M.N
11	:							
12	:							
13	8:28	20.7	20.6	20.9	4.6	4.5	5.1	M.N
14	8:29	20.6	20.5	20.9	4.6	4.5	4.8	M.N
15	8:30	20.7	20.6	20.8	4.7	4.5	4.8	M.N
16	8:34	20.8	20.7	20.9	4.5	4.5	4.8	M.N
17	8:39	20.8	20.6	21.0	4.4	4.4	5.0	M.N
18	:							
19	:							
20	8:28	20.8	20.6	20.9	4.8	4.4	4.9	Y.M
21	11:46	20.7	20.6	20.9	4.8	4.7	5.0	S.U
22	15:22	20.8	20.6	20.9	4.6	4.5	4.9	S.U
23	12:45	20.8	20.7	20.9	4.7	4.5	4.9	S.U
24	8:30	20.7	20.6	20.9	4.7	4.6	5.0	S.U
25	:							
26	:							
27	14:00	20.8	20.6	20.9	4.8	4.6	5.0	J.W
28	8:31	20.8	20.7	20.9	4.7	4.6	4.8	J.W
29	:							
30	8:25	20.7	20.7	20.9	4.7	4.6	4.9	J.W
31	:							
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 校正証明書付き

①恒温槽

校正実施日 「 2026年3月19日 」

シリアル番号 「 10067638 」

②保冷库

校正実施日 「 2026年3月18日 」

シリアル番号 「 10067682 」

確認日: 2026年4月30日

署名: 山本弓子