

治験薬の温度管理記録

2026年5月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①恒温槽(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:43	20.3	20.2	21.1	4.7	4.6	4.8	J.W
2	:							
3	:							
4	:							
5	:							
6	:							
7	8:26	20.7	20.4	20.9	4.5	4.4	4.8	J.W
8	9:11	20.7	20.6	20.9	4.6	4.4	4.8	J.W
9	:							
10	:							
11	9:26	20.7	20.6	20.9	4.6	4.5	4.8	S.A
12	8:15	20.8	20.7	20.9	4.6	4.5	4.9	S.A
13	8:35	20.8	20.7	20.9	4.6	4.5	4.8	S.A
14	8:50	20.7	<del>20.7</del>	20.9	4.8	4.6	4.9	S.A
15	15:26	20.5	20.4	22.5	4.8	4.6	4.9	S.A
16	:							
17	:							
18	8:49	20.7	20.5	20.8	4.8	4.7	4.9	T.I
19	8:32	20.6	20.5	20.8	4.6	4.6	5.0	T.I
20	8:32	20.6	20.5	20.7	4.7	4.6	4.9	T.I
21	8:27	20.7	20.5	20.8	4.7	4.6	4.8	T.I
22	8:41	20.7	20.5	20.8	4.7	4.5	5.0	T.I
23	:							
24	:							
25	18:56	20.6	20.6	20.8	4.6	4.6	5.0	Y.A
26	8:35	20.7	20.5	20.8	4.7	4.5	4.8	Y.A
27	9:02	20.7	20.6	20.9	4.7	4.6	4.8	Y.A
28	8:42	20.6	20.5	20.8	4.7	4.6	4.9	J.W
29	8:30	20.6	20.4	20.8	4.7	4.6	4.9	Y.A
30	:							
31	:							
備考		* error 2026/5/14 S.A						

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」  
 品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」  
 機種番号 「 12238-01 」 校正証明書付き

①恒温槽

校正実施日 「 2026年3月19日 」  
 シリアル番号 「 10067638 」

②保冷库

校正実施日 「 2026年3月18日 」  
 シリアル番号 「 10067682 」

確認日: 2026年5月29日

署名: 山本弓子