

治験薬の温度管理記録

2026年7月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①恒温槽(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:56	20.8	20.6	20.9	5.0	4.7	5.1	J.W
2	8:44	20.6	20.5	20.9	4.7	4.6	5.2	J.W
3	8:51	20.6	20.5	20.9	4.9	4.7	5.0	J.W
4	:							
5	:							
6	8:53	20.6	20.4	20.8	4.9	4.7	5.2	T.I
7	9:09	20.6	20.5	20.7	4.9	4.7	5.2	T.I
8	8:41	20.6	20.5	20.8	4.9	4.7	5.0	T.I
9	8:54	20.6	20.5	20.8	4.8	4.6	5.5	T.I
10	9:05	20.7	20.5	20.8	4.9	4.7	5.0	T.I
11	:							
12	:							
13	8:42	20.6	20.4	20.8	4.8	4.6	4.9	Y.A
14	8:45	20.7	20.5	20.8	4.9	4.7	5.1	Y.A
15	8:35	20.7	20.5	20.9	4.7	4.6	5.1	Y.A
16	8:50	20.8	20.7	20.9	4.8	4.7	5.0	Y.A
17	12:02	20.8	20.6	20.9	4.9	4.7	5.1	Y.A
18	:							
19	:							
20	:							
21	8:26	20.7	20.6	20.9	4.9	4.8	5.1	M.Y
22	8:21	20.7	20.6	20.9	4.8	4.7	5.3	M.Y
23	8:32	20.7	20.6	20.9	4.8	4.8	5.0	M.Y
24	12:53	20.8	20.6	20.9	5.1	4.8	5.3	M.Y
25	:							
26	:							
27	9:05	20.7	20.6	20.9	5.0	4.9	5.2	G.G
28	9:34	20.8	20.6	20.8	4.8	4.6	5.2	G.G
29	9:02	20.7	20.6	20.9	4.7	4.5	5.1	G.G
30	8:37	20.8	20.6	21.0	4.8	4.6	5.0	Y.K
31	8:52	20.7	20.6	20.9	4.8	4.6	5.1	G.G
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 校正証明書付き

①恒温槽

校正実施日 「 2026年3月19日 」

シリアル番号 「 10067638 」

②保冷库

校正実施日 「 2026年3月18日 」

シリアル番号 「 10067682 」

確認日: 2026年8月10日

署名: 山本 弓子